

شماره: ۶۶۵/۱۱۲۵۴۸.....

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸.....

پیوست: ندارد.....



## مدیر عامل محترم شرکت ابزار طب پویا

موضوع: ریکال محصول A.T.P VISC

با سلام؛

عطف به پاسخ آزمایشگاه کنترل غذا و دارو طی نامه شماره ۶۸۵/۸۵۵۲۹/د مورخ ۹۶/۰۸/۲۴ به آگاهی می رساند: با توجه به خارج از محدوده بودن ویسکوزیته محصول ژل تزریقی A.T.P VISC (Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) مورد مصرف در جراحی چشم) به سری ساخت 2596006S565، ضروری است به فوریت نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از بازار اقدام نموده و نتیجه گزارش ریکال را به این اداره کل ارسال نمائید.

لازم به ذکر است صدور مجوز توزیع سری ساخت های بعدی، منوط به ارائه پاسخ قابل قبول آزمایشگاه کنترل غذا و دارو برای سه بچ متوالی محصول فوق می باشد./

دکتر اکبر برندگی  
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت :

کلیه معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جناب آقای دکتر چراغ رئیس محترم اداره ملزومات دارویی

سرکار خانم امیری کارشناس محترم اسناد و مکاتبات اداری با احترام جهت ارجاع به کلیه معاونین تهران، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  
تلفن: ۶۶۴۶۷۱۶۸-۹ نماینده: ۶۶۴۶۹۱۳۳ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱